

DNS na dodávky laboratorních přístrojů -31-2019															
Kód	Položka	CPV kód	název cpv	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ	Specifikace zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková cena za položku bez DPH	Předpokládaná celková cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Komorová keramická pec	42300000-9	Průmyslové a laboratorní pece, spalovny a zapékací pece	• Komorová pec pro výpal keramických hmot • Max. dosažitelná teplota min. 1300° • Rovnoměrné zahřívání z pěti stran, • Objem min. 200 l • Programovatelná regulace teplotních křivek, jak ohřevu, tak chlazení • Manipulační šířka pece max. 930 mm • Záruka min. 36 měsíců	1	Kittec CLASSIC LINE, CL 210-5 s regulátorem TC 66	Komorová pec pro výpal keramických hmot; max dosažitelná teplota 1320°C; rovnoměrné vytápění z pěti stran (topné elementy v drážkách cihel); objem 205 l; programovatelné keramické vypalovací křivky (doba náběhu, regulované zahřátí ve dvou fázích na nastavitelnou konečnou teplotu, doba výdrže, regulované ochlazování); vnější šířka 760 mm (vnější rozměry š x hl x v 760 x 950 x 1630 mm); záruka 36 měsíců; výkon 11 kW, napětí 400 V	102 000,00 Kč	102 000,00 Kč	102 000,00 Kč			4821	03900	Budova B, Nám. Svobody 331 Hradec Králové Umístění 20060
2	Laboratorní pec	42300000-9	Průmyslové a laboratorní pece, spalovny a zapékací pece	• Max. teplota min. 1300°C • Rychlý prostup tepla do vsázky • Možnost manipulovat se vsádkou při vysokých teplotách v peci • Objem min. 6 l • Pec vybavena odtahovým ventilátorem • Programovatelná regulace teplotních křivek, jak ohřevu, tak chlazení • Záruka min. 36 měsíců	1	LAC LH 06/13 regulátor HT 205	max teplota 1340°C; rychlý prostup tepla do vsázky; možnost manipulovat se vsázkou při vysokých teplotách v peci; objem 6 l; pec je vybavena injektorem s odtahovým ventilátorem; regulátor umožňuje nastavení teplotních křivek, řízení ohřevu a chlazení; záruka 36 měsíců	59 249,50 Kč	59 249,50 Kč	60 000,00 Kč			4821	03900	Budova B, Nám. Svobody 331 Hradec Králové Umístění 20060
3	Analytické váhy se sadou pro stanovení hustoty	38311000-8	Elektronické váhy a příslušenství	• Váživost do min. 600g. • Přesnost min. na 0,001g. • Vybavení ochranným pracovním krytem. • Vybaveno sadou pro stanovení hustoty kapalin a pevných látek. • Možnost zavěšení zátěže na spodní straně váhy.	1	Radwag PS 600.R2	interní kalibrace; max váživost 600 g; přesnost (odečitatelnost) 0,001 g; ochranný pracovní kryt; možnost podvěsného vážení (zavěšení zátěže ze spodu váhy); sada pro stanovení hustoty kapalin a pevných látek	31 130,00 Kč	31 130,00 Kč	40 000,00 Kč			4821	03900	Budova B, Nám. Svobody 331 Hradec Králové Umístění 20060
Název projektu: Projekt ERDF - Infrastruktura pro strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002556								Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		202 000,00 Kč					
								Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		192 379,50 Kč					